

Processo Digital: 2023 175473

Solicitante: Câmara Municipal de Ribeirão Preto – Vereador Paulo Modas

Assunto: Encaminha cópia requerimento 6970/2023.

Divisão de Vigilância Epidemiológica

Em 14/11/2023

À SAÚDE S

Prezado Senhor,

Em atenção ao solicitado informamos:

**1) Desde que data aponta a não utilização do referido equipamento ou defeito no referido equipamento?**

No dia 10/10/2023 fomos informados de queda de energia na USF Heitor Rigon na noite anterior (09/10), que causou instabilidade da câmara de vacinas, com realização de notificação de alteração de temperatura, mas não resultou em perda de imunobiológicos.

No dia 20/10/2023 houve novamente queda de energia na unidade e, novamente ocasionou perda de estabilidade da câmara de vacinas, com necessidade de desligamento da mesma.

Imediatamente a empresa de assistência técnica foi acionada para orçamento de visita técnica ao local e, no dia 24/10/2023 foi aberto processo no Solar, sob número **163429/2023**, cujo assunto detalhado trata: **“INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 85/2023 - PROCESSO DE COMPRAS - 1132/2023 Visita Técnica para avaliação de conserto de câmara de vacinas de uso diários, da marca Fanem, modelo 3347/2, patrimônio 214.580, localizada na USF Dr Luiz Gonzaga Oliverio - Heitor Rigon, conforme Termo de Referência”**.

O processo foi tramitado pelas instâncias da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, conforme fluxo estabelecido e, na data de ontem, 13/11/2023, nos foi enviado com a nota de empenho, autorizando a visita técnica, conforme anexo.

**2) É possível saber qual a vício ou defeito foi apresentado?**

Não há possibilidade de afirmarmos qual o defeito apresentado e suas possíveis causas nesse momento. A empresa de assistência técnica fará a visita e emitirá o laudo, apontando as falhas técnicas, para proceder o conserto.

É possível observar que na região onde a USF Heitor Rigon está instalada são reportadas muitas ocorrências de queda de energia.

**3) Existe algum orçamento para conserto do equipamento?**

Conforme informado, na data em que o equipamento apresentou o problema foi solicitado orçamento e iniciado o processo de contratação da visita técnica de manutenção corretiva, com finalização e envio da Nota de Empenho em 13/11/2023 para este departamento.

**4) Qual o inventário dos medicamentos/vacinas que foram comprometidos com a inoperabilidade do equipamento?**

Dia 20/10/2023: Houve necessidade de descarte de 20 doses da vacina oral contra Poliomielite.

**5) Existe procedimento de compra em andamento? Já foi concluído?**

Diante da observação de obsolescência das câmaras de vacinas do município, foi realizada uma compra de câmaras de vacinas de estoque de 300 litros para todas as unidades de saúde que possuem salas de vacinas. São câmaras de conservação de vacinas modernas, que atendem às recomendações do Ministério da Saúde e incluem sistema de segurança para prevenção de alteração de temperatura em caso de queda de energia, bem como de comunicação com os supervisores das unidades de saúde caso ocorra qualquer alteração.

A aquisição das câmaras já foi realizada e aguardamos a entrega das mesmas.

**6) Existe algum plano de manutenção programada que é adotada pela Secretaria da Saúde?**

As câmaras de vacinas passam por manutenção preventiva anual, conforme normatização da Anvisa. A manutenção preventiva dessa câmara de vacinas foi realizada em novembro de 2022.

Uma nova manutenção preventiva estava programada para novembro de 2023, no entanto, com aquisição das câmaras de vacinas novas, as mesmas serão entregues pelo fornecedor com manutenção preventiva realizada. A previsão de entrega é para este mês de novembro ainda.



PREFEITURA DA CIDADE  
**RIBEIRÃO PRETO**  
SECRETARIA DA SAÚDE



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo  
www.saude.ribeiraopreto.sp.gov.br

Página: 9



Segue abaixo a imagem do documento que comprova a manutenção preventiva, realizada em novembro de 2022.



Ordem Serviço:26642  
Data:07/11/2022



26642

Unidade: PM DE RIBEIRAO PRETO CNPJ: 56.024.581/0001-56 Cód Cliente: 1148  
End.: PRACA BARAO DO RIO BRANCO Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP  
CEP: 14.055-580 Bairro: CENTRO País: BRASIL

Setor(O): USF Heitor Rigon Setor(E): USF Heitor Rigon Solicitante: Luiz Gustavo Ipolito de Oliveira Tel/Ramal: (19)3272-8000 Localização: Av. Maestro Alfredo Pires, 391

Equipamento: CAMARA DE VACINA Modelo: 3347/2 Marca: FANEM  
SN: JAH84152 Patrimônio: 214580



JAH84152

Aquisição: Próprio

Situação: Operacional

Grau de Risco: Baixo

Área Atuação: LABORATORIAL

Tag: JAH84152

Acessórios Retirados:

Tipo OS: Preventiva Status: Fechada Prioridade: Baixa

Serviço: MPE - Manutenção Preventiva Externa

Defeito Reclamado: PREVENTIVA CONFORME PROPOSTA 2022100101

| Apontamentos |  |             |                                  |                     |                 |
|--------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Serviço      | Ação   | Status      | Técnico                          | Data Hora           | Horas Técnicas  |
| MPE          | Início do processo de preventiva                           | Diagnostico | Luiz Gustavo Ipolito de Oliveira | 09/11/2022 10:57:00 | 1 hr e 1 min    |
| MPE          | Verificado itens check list preventivo e sua calibração ok | Diagnostico | Luiz Gustavo Ipolito de Oliveira | 09/11/2022 10:58:00 | 1 hr e 2 min(s) |
| MPE          | Fechamento de OS   | Fechada     | Luiz Gustavo Ipolito de Oliveira | 09/11/2022 10:58:00 | 1 hr e 2 min(s) |

| Ckeck List Plano Manutenção                  |    |     |    |       |            |        |        |      |
|--|----|-----|----|-------|------------|--------|--------|------|
| Item   | OK | NOK | NA | Valor | Tolerância | Medida | Padrão | Nota |
| Verificação Visual e Funcional               | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Teclas / Etiqueta/ Display                   | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Temperaturas Aferidas/Etiqueta de calibração | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Circulador / Ventilador                      | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Termostato de Segurança                      | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Refrigeração / Evaporador / Compressor       | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Isolação Térmica                             | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Trinco / Porta Acrilica                      | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Rodízios                                     | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Estrutura                                    | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Limpeza Interna e Externa                    | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Programação de Temperatura e Alarmes         | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Cabo de Alimentação                          | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |
| Sensores de Temperatura                      | X  |     |    | -     | 0.00       | -      |        |      |

| Peças Utilizadas |                 |            |          |          |
|------------------|-----------------|------------|----------|----------|
| Código Peça      | Peças Descrição | Quantidade | Aplicado | Pendente |
| Laudo Técnico:   |                 |            |          |          |

Observações:

Horas Técnicas: 3 hr(s) e 5 min(s)

Data Hora Fechamento: 09/11/2022 10:58:00

Atenciosamente,

**Mayra Fernanda de Oliveira**  
Coordenadora I do Programa Municipal de Imunização  
Divisão de Vigilância Epidemiológica

**Luzia Marcia Romanholi Passos**  
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde



# Assinaturas do documento



"PD 175473 2023 CÂMARA DE VACINAS HEITOR RIGON"

Código para verificação: **Y2XH8Y2T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LUZIA MARCIA ROMANHOLI PASSOS** (CPF: 036.XXX.798-XX) em 14/11/2023 às 12:41:19 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:06:03 e válido até 07/06/2122 - 13:06:03.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MAYRA FERNANDA DE OLIVEIRA** (CPF: 300.XXX.958-XX) em 14/11/2023 às 12:33:38 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 22/06/2022 - 08:24:56 e válido até 22/06/2122 - 08:24:56.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2023/175473** e o código **Y2XH8Y2T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

C.N.P.J.: 56.024.581/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa, conforme descrição abaixo

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
02.09.15 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Proc. Digital: 2023/163429-0
Pág. 1 / 1

Table with 7 columns: Data, Reserva, Empenho Origem, Tipo Empenho, Regime Execução, Nro Empenho, Total Empenho

Table with 4 columns: Proc. Compra, Mod., Nro Licitação, Tipo Adiantamento, Nro SOE

Fund. Legal: LEI 8.666/93, ART.25 - EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO

Table with 2 columns: Ata Registro Preço, Req. 00614 - USF - HEITOR RIGON, Desp 00614 - USF - HEITOR RIGON

Table with 5 columns: Condição Pagamento, Validade Preço, Prazo Entrega(dias), Nro Contrato, Nro Convênio

Table with 2 columns: Evento 0191 - SERVICIO E MANUTENCAO EM GERAL, Usuário

Table with 2 columns: Almoxarifado 23 - SUBALMOXARIFADO DA SAUDE - PRES, Req. Serviço: 2023/879

AVENIDA DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA, 1665 - JARDIM MOSTEIRO

Table with 2 columns: Dotação, Natureza Despesa, Classificação Funcional, Programa / Ação, Vínculo, Banco, Agência, Conta, Proc. Adm.

Table with 2 columns: Fornecedor / Razão Social, CNPJ / CPF, Endereço, Localidade, UF, Telefone, Banco, Agência, Conta

Justificativa
VISITA TECNICA PARA AVALIACAO DE CONserto DE CAMARA DE VACINAS DE USO DIARIOS, DA MARCA FANEM, MODELO 3347/2, PATRIMONIO 214.580, LOCALIZADA NA USF DR LUIZ GONZAGA OLIVERIO - HEITOR RIGON, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Informações para Entrega
AVENIDA MAESTRO ALFREDO PIRES, 391, JARDIM HEITOR RIGON, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP: 14062083

Table with 6 columns: Despesa, Quantidade, Valor Unitário, % IPI, Valor Desconto, Valor Total

Declaro a adequação da despesa nos termos do Artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

Cristiamara M. Russo de Mello Ednéa Eliana dos Santos
Chefe Divisão da Despesa Dir Depto Despesa Orçamento



# Assinaturas do documento

"empenho 19688"



Código para verificação: **PUHQIA4R**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **EDNEA ELIANA DOS SANTOS** (CPF: 071.XXX.458-XX) em 13/11/2023 às 09:25:22 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:07:35 e válido até 07/06/2122 - 09:07:35.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CRISTIAMARA MAGGIORI RUSSO DE MELLO** (CPF: 183.XXX.248-XX) em 10/11/2023 às 18:10:27 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 16:39:47 e válido até 07/06/2122 - 16:39:47.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2023/163429** e o código **PUHQIA4R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

*Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.*